AMERICAN ASSOCIATION OF BIOANALYSTS
205 West Levee St. Brownsville, TX 78520
(281) 436-5357 - (800) 234-5315 - Fax (713) 781-5008

PARTICIPANT STATISTICS

URINE MICROALBUMIN/CREATININE

FIRST QUADRIMESTER 2010

Specimen 1

Urine Microalbumin	Negative	Positive	0 mg/L	10 mg/L	20 mg/L	30 mg/L	50 mg/L	80 mg/L	100 mg/L	150 mg/L
Roche Chemstrip Micral		1				1	7	2	13	
Siemens Clinitek 50						3		27	1	1
Siemens Clinitek 100						3		10		
Siemens Clinitek Status		1				5		41		3
Total Population	0	2	0	0	0	12	7	80	14	4
Flagging	*****		*****	*****	*****					*****

Specimen 2

Negative	Positive	0 mg/L	10 mg/L	20 mg/L	30 mg/L	50 mg/L	80 mg/L	100 mg/L	150 mg/L
	1			3		7	1	12	
							14	1	17
							11		2
	1						12		37
0	2	0	0	3	0	7	38	13	56
*****		*****	*****	*****	*****				

Urine Creatinine	10 mg/dL	50 mg/dL	100 mg/dL	200 mg/dL	300 mg/dL
Siemens Clinitek 50			22	9	
Siemens Clinitek 100			8	4	
Siemens Clinitek Status		4	18	20	2
Total Population	0	4	48	33	2
Flagging	*****				

10 mg/dL	50 mg/dL	100 mg/dL	200 mg/dL	300 mg/dL
		25	6	
		7	5	
	4	20	19	1
0	4	52	30	1
*****				