D-Dimer

Name	Line No.	Specimen 1 Range & Type	Mean	SD	Specimen 2 Range & Type	Mean	SD	Specimen 3 Range & Type	Mean	SD	Specimen 4 Range & Type	Mean	SD	Specimen 5 Range & Type	Mean	SD	No. of Labs
D-Dimer, quant ng/mL																	
Initial Grouping by Reagent																	
Alere Triage	1	73 - 133	C 103.1	5.7	832 - 1601	S 1216.7	128.1	-			-			-			47
IL ACL Elite	2	183 - 326	S 254.4	23.7	551 - 727	S 638.8	29.3	-			-			-			5
Siemens Stratus CS	3	209 - 269	C 238.5	5.0	1870 - 2079	S 1974.5	34.7	-			-			-			4
bioMerieux Vidas	4	247 - 321	S 284.3	12.3	1435 - 1811	S 1623.3	62.6	-			-			-			4
Initial Grouping by Sensitivity or Principle																	
low recovery	5	0 - 256	S 117.9	45.9	532 - 1790	S 1161.1	209.6	-			-			-			52
bioMerieux and Siemens	6	182 - 413	S 297.8	38.5	993 - 2395	S 1693.8	233.6	-			-			-			7
Standardized method	7	29 - 368	S 198.7	56.5	0 - 3366	S 1546.2	606.6	-			-			-			6
Total Population																	
Whole Population	8	0 - 361	S 143.9	72.4	234 - 2242	S 1238.1	334.7	-			-			-			66
D-Dimer, quant ugFEU/mL																	
Initial Grouping by Reagent																	
Siemens Innovance	1	0.05 - 0.65	C 0.354	0.026	1.81 - 2.41	C 2.113	0.073	-			-			-			7
Siemens CA series	2	0.06 - 0.66	C 0.356	0.03	1.86 - 2.57	S 2.214	0.119	-			-			-			9
Diagnostica Stago Liatest	3	0.01 - 0.61	C 0.31	0.067	1.26 - 1.86	C 1.558	0.074	-			-			-			7
Initial Grouping by Sensitivity or Principle																	
Standardized method	4	0.04 - 0.64	C 0.344	0.041	1.21 - 3.01	S 2.111	0.301	-			-			-			20
high recovery	5	0.01 - 0.61	C 0.31	0.067	1.26 - 1.86	C 1.558	0.074	-			-			-			7
Total Population																	
Whole Population	6	0.04 - 0.64	C 0.336	0.053	0.88 - 3.18	S 2.028	0.382	-			-			-			29